



### MAXIMUM PERMISSIBLE ROTATION SPEED (Table A)

C062, C081, C083, C084	<b>300,000 min<sup>-1</sup></b>	DE MAXIMAL ZULÄSSIGE DREHZAHLEN (Tabelle A) FR VITESSE DE ROTATION MAXIMUM AUTORISEE (Tableau A) NL MAXIMAAL TOEGESTANE ROTATIESNELHEID (Tabel A) ES VELOCIDAD DE ROTACIÓN MÁXIMA PERMITIDA (Tabla A) IT MASSIMA VELOCITÀ DI ROTAZIONE CONSENTITA (Tabella A) SV HÖGSTA TILLÅTNNA ROTATIONSSTÄRIGHET (Tabell A) PT VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO ADMISSÍVEL (Tabela A)
C102, C103	<b>450,000 min<sup>-1</sup></b>	

03:2019-04  
71405

**EN**

READ CAREFULLY BEFORE USE

SHOFU GingiCurettage Diamonds are designed to establish a chamfered finish to the tooth surface in crown and bridge preparations.

#### NOTES

- Never exceed the maximum permissible rotation speeds described in Table A.
- Insert the shank completely into the chuck of the handpiece.
- Do not use damaged or defective instruments i.e. corrosion, surface flaw, deformation and dirt and exposure of shank due to repeated use.
- Perform test run to check safety and smooth operation without run-out prior to use.
- Use intermittently with gentle touch and water spray.
- Avoid any use at acute angles or with excessive pressure to thin and long abrasives.
- Use local dust extractor and protective equipment while using.
- This product is intended for use by dental professionals only.
- Do not use this product for any purposes other than the intended use.

#### STERILIZATION

- Perform autoclave under the condition described in Table B.
- When using intraorally, sterilize before each use.
- For reuse after using, remove any contaminants immediately with washer disinfectant, then sterilize.
- Do not use chlorine disinfectant liquid.
- Follow the instructions for use of washer disinfectant and sterilizer, respectively.

**CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.**

**For the details about REPROCESSING procedures, visit [www.shofu.de](http://www.shofu.de).**

**DE**

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN

SHOFU-GingiCurettage-Diamanten eignen sich für das Anlegen von Hohlkehlen bei Kronen- und Brückenpräparationen.

#### HINWEISE

- Die in Tabelle A angegebenen maximal zulässigen Drehzahlen nicht überschreiten.
- Den Schaft vollständig in das Spannfutter des Winkelstücks einschieben.
- Kein Instrument benutzen, das Schäden oder Fehler aufweist, z.B. Korrosion, Oberflächenfehler, Verformung, Verschmutzung oder Freilegung des Schafts durch wiederholten Gebrauch.
- Das Instrument vor Gebrauch probeweise rotieren lassen, um zu sehen, ob es sicher, ruhig und rund läuft.
- Das Instrument intermittierend mit leichtem Anpressdruck und Wasserspray verwenden.
- Düne und lange Instrumente nicht im spitzen Winkel oder mit zu hohem Anpressdruck verwenden.
- Mit lokaler Staubabsaugung und Schutzanzug arbeiten.
- Das Produkt ist nur für den dentalen Gebrauch vorgesehen.
- Das Produkt nur für die vorgesehnen Aufgaben verwenden.

#### STERILISATION

- Im Autoklaven unter den in Tabelle B angegebenen Bedingungen sterilisieren.
- Vor jedem intraoralen Gebrauch sterilisieren.
- Zur Wiederverwendung nach intraoralem Gebrauch sofort im Thermodesinfektor von allen Verunreinigungen säubern, dann sterilisieren.
- Keine chlorhaltigen Desinfektionsmittel verwenden.
- Die Gebrauchsleitlinien für Thermodesinfektor und Sterilisator beachten.

**Ausführliche Angaben zur AUFBEREITUNG unter [www.shofu.de](http://www.shofu.de).**

**FR**

A LIER ATTENTIVEMENT AVANT USAGE

Les diamants SHOFU GingiCurettage sont conçus pour permettre la réalisation d'une finition chanfreinée sur la surface de la dent pour les couronnes et les bridges.

#### REMARQUES

- Ne jamais dépasser les vitesses de rotation maximales indiquées dans le tableau A.
- Insérer à fond la tige dans le mandrin.
- Ne jamais utiliser un instrument endommagé (corrosion, défaut de surface, déformation, tige exposée suite à l'usure etc.).
- Tester le montage à vide par sécurité pour contrôler la régularité de rotation avant utilisation.
- Procéder par touches en douceur et se servir du spray.
- Eviter les angles aigus ou trop de pression avec les abrasifs longs et fins.
- Se servir d'une aspiration locale et d'un masque de protection lors de l'utilisation.
- Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels dentaires.
- Ne pas utiliser ce produit à un autre usage que celui indiqué.

#### STERILISATION

- Procéder à l'autoclavage en respectant les conditions décrites dans le tableau B.
- Stériliser avant chaque utilisation intra-orale.
- Pour réutilisation en bouche, éliminer tout contaminant immédiatement par lavage désinfectant puis stériliser.
- Ne pas utiliser de désinfectant chloré.
- Suivre les instructions du fabricant du désinfectant et du stérilisateur.

**Pour plus de détail sur les procédures de REUTILISATION, consulter le site [www.shofu.de](http://www.shofu.de).**

**NL**

LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK

Met SHOFU GingiCurettage Diamonds kan het tandoppervlak mooi symmetrisch worden afgeschuind bij de preparatie van bruggen en kronen.

#### LET OP

- Overschrijd nooit de maximaal toegestane rotatiesnelheid (zie tabel A).
- Schuif de mandel volledig in de spankop van het hand-/hoekstuk.
- Gebruik een instrument niet als het beschadigd of defect is, bijvoorbeeld door corrosie, scheurtjes in het oppervlak, vervorming, verontreiniging of blootstelling van de mandrel door veelvuldig gebruik.
- Controleer de veiligheid en een juiste werking door voor gebruik eerst even proef te draaien.
- Gebruik niet continu, maar zacht pulserend en met spoeiwater.
- Gebruik dunne en lange instrumenten niet in een scherpe hoek of met overmatige druk.
- Gebruik een stofafzuigsysteem en persoonlijke bescherming tijdens het werken met dit product.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale professionals.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan beoogd.

#### STERILISATIE

- Steriliseer het product met een autoclaaf (zie tabel B).
- Indien intraoraal gebruikt, steriliseer voor elk gebruik.
- Om het instrument na gebruik weer klaar te maken voor gebruik, dient u eventuele verontreinigingen onmiddellijk te verwijderen in een desinfecterende wasmachine en het instrument daarna te steriliseren.
- Gebruik geen desinfectiemiddel dat chloor bevat.
- Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van de desinfecterende wasmachine en de autoclaaf.

**Meer informatie over RECYCLEN vindt u op [www.shofu.de](http://www.shofu.de).**



Manufacturer

SHOFU INC.  
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,  
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan  
[www.shofu.com](http://www.shofu.com)



EC REP

SHOFU DENTAL GmbH  
Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany

SHOFU DENTAL CORPORATION  
1225 Stone Drive, San Marcos,  
California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.  
10 Science Park Road, #03-12,  
The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

**ES****LEER CUIDADOSAMENTE ANTE DE USARLO**

Los diamantes GingiCurettage SHOFU están concebidos para conformar un acabado en chánfer sobre las superficies de las preparaciones para coronas y puentes.

**NOTAS**

- Nunca exceder la velocidad de rotación máxima permitida descrita en la Tabla A.
- Insertar completamente el vástago en la pieza de mano.
- No usar instrumentos dañados o con defectos, por ejemplo, corrosión, desperfecto de la superficie, deformación y suciedad y exposición del vástago debido a varios usos.
- Realizar chequeo de funcionamiento para comprobar que funciona de manera segura y suave antes de usarlo.
- Usarlo de manera intermitente con toques suaves y de agua.
- Evitar cualquier uso con ángulos agudos o con excesiva presión en abrasivos largos y finos.
- Cuando se utilice, usar aspirador de polvo local y equipamiento de protección.
- Este producto está diseñado para ser usado solo por profesionales dentales.
- No usar este producto para ningún otro propósito que no sea para el que ha sido fabricado.

**ESTERILIZACIÓN**

- Utilizar el autoclave bajo las condiciones descritas en la Tabla B.
- Cuando se use intraoralmente, esterilizarlo antes de cada uso.
- Para reutilizarlo después de usarlo, eliminar inmediatamente cualquier contaminante con lavado desinfectante y luego esterilizarlo.
- No usar desinfectante líquido a base de cloro.
- Seguir las instrucciones de uso del aparato desinfectante y esterilizador.

*Para los detalles de los procedimientos de REPROCESADO, visitar [www.shofu.de](http://www.shofu.de).*

**AUTOCLAVE (Table B)**

Cycle Type	Holding time	Temperature	Dry time
Verfahren	Haltezeit	Temperatur	Trockenzeitz
Cycle Type	Maintien	Température	Séchage
Cyclustype	Houdtijd	Temperaturur	Droogtijd
Tipo de ciclo	Tiempo de espera	Temperatura	Tiempo de secado
Procedimento	Tempo di mantenimento	Temperatura	Tempo di asciugatura
Typ av cykel	Hålltid	Temperatura	Torkningstid
Tipo de ciclo	Tempo de espera	Temperatura	Tempo de secagem
Pre-vacuum(3 times)			
Vorvakuum(3-mal)			
Pré-vide(3 fois)			
Prevacuüm(3 keer)			
Pre-vaciado(3 veces)			
Pre-vuoto(3 volte)			
Förvakuum(3 ganger)			
Pré-vácuo(3 vezes)			
	3'00"	134°C / 273°F	10'00"

**IT****LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO**

Gli strumenti diamantati SHOFU GingiCurettage sono concepiti per conferire una finitura a chamfer al margine delle preparazioni per ponti e corone.

**NOTE**

- Non superare la massima velocità di rotazione consentita riportata nella Tabella A.
- Inserire completamente il gambo nel mandrino del contrangolo.
- Non utilizzare strumenti danneggiati o difettosi, che presentano per es. corrosione, difetti superficiali, deformazioni, sporco od esposizione del gambo a causa di uso ripetuto.
- Eseguire una prova di funzionamento prima dell'uso per controllare che lo strumento ruoti in modo sicuro e regolare.
- Usare lo strumento a intermissione con una leggera pressione d'utilizzo e con getto d'acqua.
- Evitare di usare gli strumenti sottili e lunghi con un'inclinazione ad angolo acuto o con una pressione di utilizzo troppo elevata.
- Durante l'uso utilizzare l'impianto di aspirazione locale e dispositivi di protezione.
- Il prodotto è indicato solo per uso dentale.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.

**STERILIZZAZIONE**

- Sterilizzare in autoclave alle condizioni descritte nella Tabella B.
- Per l'uso intraorale sterilizzare prima di ogni utilizzo.
- Per il riutilizzo dopo l'uso intraorale, eliminare subito tutte le impurità con il termodisinfettore, quindi sterilizzare.
- Non utilizzare disinfettanti contenenti cloro.
- Osservare le istruzioni d'uso del termodisinfettore e dell'autoclave.

*Per informazioni dettagliate sulle procedure per il RICONDIZIONAMENTO consultare [www.shofu.de](http://www.shofu.de).*

**SV****LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING**

SHOFU GingiCurettage Diamonds möjliggör en fasad finish på tandens yta vid preparering av kronor och bryggor.

**OBS!**

- Överskrid aldrig högsta tillåtna rotationshastighet enligt beskrivningen i tabell A.
- För in skafett helt i chucken på handstycket.
- Använd inte skadade eller defekta instrument dvs. med korrosion, yttskador, deformation och smuts samt skafft som är frilagt på grund av upprepad användning.
- Gör en testköring före användning för att kontrollera säkerheten och att rotationen är jämn och utan avvikande rörelser.
- Arbitra intermittent med lått beröring och vattenspray.
- Undvik all användning i spetsiga vinklar eller med överdrivet tryck på tunna och långa slirkroppar.
- Använd lokalt dammutsug och skyddsutrustning vid användning.
- Den här produkten är enbart avsedd att användas av legitimerade tandläkare.
- Använd inte produkten för andra ändamål än den avsedda användningen.

**STERILISERING**

- Autoklavera enligt villkoren som anges i tabell B.
- Sterilisera före varje användning om instrumentet används intraortalt.
- För återanvändning efter användning ska alla föreningar omedelbart avlägsnas i en diskdesinfektor och sterilisering därfter utföras.
- Använd inte klordesinfektionsvätska.
- Följ respektive bruksanvisningar för användning av diskdesinfektor och steriliseringssutrustning.

*Mer info om UPPARBETNINGSMETODER hittar du på [www.shofu.de](http://www.shofu.de).*

**DE AUTOKLAV (Tabelle B)****FR AUTOCLAVE (Tableau B)****NL AUTOCLAAF (Tabel B)****ES AUTOCLAVE (Tabla B)****IT AUTOCLAVE (Tabella B)****SV AUTOKLAV (Tabell B)****PT AUTOCLAVE (Tabela B)****PT****LER COM ATENÇÃO ANTES DE USAR**

Os Diamantes SHOFU GingiCurettage são concebidos para dar um acabamento em chamfrê nas superfícies das preparações em coroas e pontes.

**NOTAS**

- Nunca exceder as velocidades máximas de rotação admisíveis indicadas na Tabela A.
- Inserir a haste completamente no mandril da peça de mão.
- Não utilizar instrumentos danificados ou com defeitos como corrosão, falha da superfície, deformação e sujeira e com a haste exposta devido ao uso repetido.
- Antes de cada utilização, executar um teste para verificar a segurança e o bom funcionamento sem deslocamento.
- Usar intermitentemente com um toque suave e água pulverizada.
- Evitar qualquer utilização em ângulos agudos ou com pressão excessiva em abrasivos finos e longos.
- Usar sistema de aspiração local de pó e equipamento de proteção durante a utilização do produto.
- Este produto destina-se somente ao uso por profissionais da área odontológica.
- Não utilizar este produto para quaisquer outros fins diferentes da utilização prevista.

**ESTERILIZAÇÃO**

- Executar a autoclave nas condições indicadas na Tabela B.
- Esterilizar antes de cada utilização intraoral.
- Para a reutilização após utilização, remover imediatamente todos os contaminantes com um agente de lavagem e desinfecção e, em seguida, esterilizar.
- Não utilizar líquido desinfetante à base de cloro.
- Seguir as instruções de uso do agente de lavagem e desinfecção e do esterilizante, respectivamente.

*Para mais informações sobre os procedimentos de REPROCESSAMENTO, visitar [www.shofu.de](http://www.shofu.de).*